



経腸栄養製品の接続部位が変更になります

旧規格




×
つながらない

新規格



新・旧規格を接続するには**変換コネクタ**が必要

旧規格



変換コネクタ

新規格

